Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1

Calibration Certificate

Besteller:
Customer

MADRID

Bestell-Nr.:
Order-No.: MANOMETRO CENTRAL 77-193 A Nº 6264

Bestell-Datum:
Order-Date: 05/04/2021

Kommission:

Position:
Item: 1

Typ:
Type: 600 BAR; CL1.0

Nenngröße:
Diameter:

Genauigkeit:
Accuracy: 1,00 %

Meßbereich:
Range: 0,0 ... 600,0 bar

Fabr.Nr.:
Stock-Nr.:

Mess-St.Nr.:
Tag-Nr.: MANÓMETRO CENTRA

Prüfmittel:
Reference: D10

Zeugnisnummer:
Cert.-No.: **1000367**

Seriennummer:
Serial Number: D10-1

Reportblatt: Seite 1 von 1

Kalibrier-Nr.:
Calibration-No.: Product Nº 13372646

Sollwert Nominal	Normal AUF Ref. UP	Normal Reference	Normal/KG auf Ref./Probe up	Normal/KG ab Ref./Probe down	Abs. Fehler auf Abs. error up	Abs. Fehler ab Abs. error down	Rel. Fehler auf Rel. error up	Rel. Fehler ab Rel. error down
0	0,00	-	0,2	-	-0,2	-	-0,03333	-
50	50,00	-	52	-	-2	-	-0,33333	-
100	100,00	-	101,6	-	-1,600000	-	-0,26667	-
150	150,00	-	150,5	-	-0,5	-	-0,08333	-
200	200,00	-	199,5	-	0,5	-	0,083333	-
250	250,00	-	250	-	0	-	0	-
300	300,00	-	299,7	-	0,3000000	-	0,050000	-
350	350,00	-	351,4	-	-1,400000	-	-0,23333	-
400	400,00	-	400,5	-	-0,5	-	-0,08333	-
450	450,00	-	450,9	-	-0,900000	-	-0,15000	-
500	500,00	-	500,4	-	-0,400000	-	-0,06667	-
550	550,00	-	549,7	-	0,3	-	0,05	-
600	600,00	-	600,7	-	-0,700000	-	-0,11667	-

Bemerkung:
Remark: This Dut matched the specification datas. El instrumento cumple las especificaciones de precisión. MANOMETRO CENTRAL 77-193 A Nº 6264

Prüftemperatur:
Testing Temperature: 16,5 °C

Die Unsicherheit des Gebrauchsnormals liegt bei:
The above readings are subject to an error of: Messunsicherheit

Prüf-St.:
Test place:

Prüfer:
Tester: Dominguez

05/04/2021